

1.AMAÇ

Bu talimatın amacı, anjiyografi yapılan alanların kurallara uygun olarak temizliğini sağlayarak enfeksiyon oluşumunu ve yayılımını önlemek için standart bir yöntem belirlemektir.

2. KAPSAM Bu talimat anjiyo yapılan alanın temizliği faaliyetlerini kapsar.

3. SORUMLULAR Temizliğin yapılmasından temizlik personeli, kontrolünden temizlik hizmetleri sorumlusu, sorumlu hemşire ve anjiyo hemşireleri sorumludur. Kontrol ayrıca Anjiyo hemşireleri tarafından yapılmalıdır.

4. TANIMLAR

5. UYGULAMA

5.1. Temel İlkeler

5.1.1 Tüm temizlik işlemlerinde “El Hijyeni Talimatı” ve “Kişisel Koruyucu Malzeme Talimatı”na uygun hareket edilir.

5.1.2 Temizlik firmasının kullandığı temizlik ürünleri Enfeksiyon Kontrol Kurulu tarafından onaylanan ve satın alım şartnamelerinde belirtilen ürünler kullanılır.

5.1.3 Yüzeyler, yerler ve cihazlar Enfeksiyon Kontrol Kurulu tarafından hazırlanan Temizlik Talimatlarına göre belirtilen dezenfektanlarla temizlenir.

5.1.4 Temizlik temiz alandan kirli alana doğru yapılır.

5.1.5 Kirli alanların temizliğinde kullanılan bezler, temiz alanların temizliğinde kullanılmaz.

5.1.6 Koridorlar ve yerlerin temizliği aldehytsiz yer-yüzey dezenfektanı kullanılarak pamuklu paspas ile kapıya uzak köşeden başlanarak silinir. Bu paspaslama işlemi günde iki kez yapılır, ihtiyaç durumunda (yere kan ve diğer vücut sıvılarının dökülmesi) tekrarlanır.

5.1.7 Kan ve vücut sıvılarının dökülmesi veya saçılması halinde “Kan ve Vücut Sıvıları Dökülme ve Saçılmaları Temizlik Talimatı” na göre temizlik yapılır.

5.1.8 Atık kovaları sık aralıklarla kontrol edilir. Atıklar; kutular $\frac{3}{4}$ oranında dolması halinde “Atık Yönetim Prosedürü”ne uygun olarak toplanır ve atılır. Atıkların toplanması sırasında torbaların ağzı sıkı şekilde bağlanarak kapatılır ve haftada bir ve kirlendikçe atık kovaları temizliğigeneral temizlik maddesi ile yapılır. Atık konteynırları her günün sonunda genel temizlik maddesi ile temizlenir.

5.1.9 Anjiyo alanının tüm yer temizliğinde bakteri öldüren genel temizlik ürünü ve yüzey temizliğinde yüzey dezenfektanı (sodyum hipoklorür) kullanılır.

5.2 Anjiyo Alanının Günlük Temizliği

5.2.1 Her gün son vaka bitiminde temizlik işlemi gerçekleştirilir.

5.2.2 Odanın yer ve yüzey temizliği dezenfektanlı solüsyon ile yapılır.

5.2.3 Hasta masası ve steril malzeme masası dezenfektanlı solüsyon (sodyum hipoklorür) ile silinir. 5.2.4 Odadaki monitör ve cihazlar temizlenir.

5.2.5 Odanın düzeni kontrol edilir ve eksik malzemeler yerlerine konulur.

5.2.6 Odanın havalandırma kontrolü yapıp kapısı kapatılır.

5.2.7 Temizlik personeli tarafından vaka sonrasında toplanan kirli yeşiller çamaşırhaneye indirilir.

5.3. Anjiyo Alanının Haftalık Temizliği

5.3.1 Anjiyo alanı günlük temizlik işlemleri yapılır.

5.3.2 Dolaplar kontrol edilir ve eksik olan malzemeler yerleştirilir.

5.3.3 Odanın kapıları silinir.

5.4. Anjiyo Alanının Aylık Temizliđi

5.4.1 Anjiyo alanı haftalık temizlik işlemleri yapılır.

5.4.2 Odanın duvarları silinir.

5.4.3 Taşınabilir cihazların altları cihazların yerleri değıştirilmek veya oda dışına çıkartılmak suretiyle temizlenir.

5.5. Anjiyo Alanının Vaka Arası Temizliđi

5.1.1 İki vaka arasında yapılır.

5.1.2 Her vakadan sonra yeşil örtü değıştirilerek masa temizliđi dezenfektanlı solüsyon (derdevice) içeren bezlerle silinerek yapılır. Masa; gözle görülebilir miktarda kan bulaşı olduğunda “Kan ve Vücut Sıvıları Dökölme ve Saçılmaları Temizlik Talimatı” na göre temizlenir.

5.1.3 Yer ve yüzeyler, gözle görülebilir miktarda kan bulaşı olduğunda “Kan ve Vücut Sıvıları Dökölme ve Saçılmaları Temizlik Talimatı” na göre temizlenir.

5.1.4 Odanın düzeni sağlanır ve eksik malzemeler tamamlanır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

6.1 El Hijyeni Talimatı

6.2 Kişisel Koruyucu Malzeme Talimatı

6.3 Kan ve Vücut Sıvıları Dökölme ve Saçılmaları Temizlik Talimatı

6.4 Atık Yönetim Prosedürü