

KU.FR.11

25.09.2018

Revizyon No

Revizyon tarihi

1/2

Proses Tipi:

Ana Proses

x Proses

Alt Proses

Prosesin Adı: Transfüzyon Hizmetleri Prosesi

Proses Sorumlusu: izzet Ahat, Tüm sağlık çalışanları

Proses Amacı:

Transfüzyon hizmeti alan hastalara özgü bakım uygulamalarının bilimsel kurallar ve kabul görmüş yaklaşımlar çerçevesinde standardizasyonunun sağlanması, bu alanla ilgili mevcut ulusal sistemin gerektirdiği şekilde sistematik, izlenebilir ve sürekli gelişime açık bir yapının oluşturulmasıdır.

Proses Hedefi: Güvenli kan transferini sağlamak

Proses Girdileri:

- Kan bileşenleri istek formu
- Hasta örnek kanı
- Kızılaydan gelen kan ve kan ürünleri
- Tam kan ve aferez için donör
- İmha tutanağı, imha edilecek kan ve kan ürünü
- Kan transfüzyon takip formu
- Kan ve kan ürünü takılacak hasta
- Kan transfüzyon rıza belgesi
- Transfüzyon ile ilişkili şüpheli istenmeyen reaksiyon formu
- Reaksiyon inceleme ve tedavi formu

Proses Çıktıları:

- Hastaya takılmak için hazırlanan işlemler kan ve kan ürünü
- Kan ve kan ürünü takılan hasta
- Sistem üzerinden yapılan Kızılay kan ve kan ürünü istemi
- İmha edilen kan ve kan ürünü
- Tıbbi Atıklar

Kaynaklar: İnsan, Kızılay, internet, bilgisayar, laboratuvar tüpleri, jel kartlar, auto pipet ve pipet uçları, buzdolapları, büro malzemeleri, kan taşıma çantaları, tıbbi cihazlar

Proses Faaliyeti:

TH.PR.01 "Transfüzyon Merkezi Çalışma Prosedürü" ne göre Kızılay'dan gelen kan ve kan ürünlerinin hasta ile uyumlu olup olmaması laboratuvar ortamında test edilir ve hastaya güvenli bir şekilde transfüzyonu sağlanır. Transfüzyon merkezi proses akış şemasına göre işlem basamakları takip edilir.

Kontrol Kriterleri:

- Kimlik doğrulama
- Hastadan gelen örnek kan
- Hasta kan grubu
- Kızılay'dan gelen kan ve kan ürününün kan grubu
- Hasta ile gelen kan ve kan ürününün cross uygunluğu
- Testlerin yapıldığı jel kartların uygunluğu
- Buzdolabı ısı takipleri
- Kan ve kan ürünlerinin miat takipleri
- Hastaya gönderilecek kan ve kan ürününün iki tarafından kontrol edilerek takılması
- Transfüzyon takip formundaki parametrelere takibi
- Reaksiyon takibi
- Hastaya gönderilen kan ve kan ürünlerinin sistem üzerinden onayının yapılması

Performans(Gösterge) Kriterleri:

- Hastaya kullanılan kan ve kan ürünü sayısı
- Kan imha oranı
- Hastalarda gelişen reaksiyon sayısı

Referans Dokümanlar:

SKS rehberi, Ulusal Kan Transfüzyon Rehberi, Hemovijilans Rehberi, Kan Hizmet Birimleri İçin Ulusal Standartlar Rehberi

Hazırlayan Kan Transfüzyon Ünitesi	Onaylayan Başhekim
--	------------------------------